

学校給食一食分まるごと検査結果

- 1 学校給食一食分まるごと検査結果は、その日提供されたもの一食分をすべてミキサーにかけて、それを検査した結果です。
- 2 セシウムの検査結果は、セシウム134とセシウム137の合算値です。
- 3 検出器：NaI (T1) 放射線スペクトル測定 (アトムテックス社 AT1320A)
- 4 独自基準値は20Bq/Kgです。

・給食日 令和5年3月20日 (月)

献立	ご飯 牛乳 シューマイ 中華サラダ 肉みそスープ しらぬい	
検査日時	令和5年3月20日(月) 午前10時53分	
測定時間	15分	
一食分重量	739g	
検査結果	不検出	
単品で検査した食材		

・給食日 令和5年3月22日 (水)

献立	豚丼 牛乳 千草和え しめじ汁 お祝いデザート	
検査日時	令和5年3月22日(水) 午前10時53分	
測定時間	15分	
一食分重量	728g	
検査結果	不検出	
単品で検査した食材		